



Utilice la cámara de su teléfono para escanear este código QR y siga las instrucciones del vídeo.

Instrucciones de uso y cuidado para un revestimiento protésico por debajo de la rodilla

Below Knee Prosthetic Liner

Cómo utilizar un revestimiento protésico

► Siga el vídeo para mejores resultados

1. Para colocar un revestimiento, déle la vuelta completamente para que el lado del gel quede hacia fuera.
2. Presione el extremo del revestimiento contra el extremo de la extremidad, asegurándose de que no queden bolsas de aire entre el revestimiento y la extremidad. Si tiene un pasador en el extremo del revestimiento, asegúrese de que esté centrado. Debe apuntar directamente hacia fuera del extremo de la extremidad y no en ángulo.
3. Enrolle el revestimiento de manera que el lado del gel quede contra la piel y el lado del material quede completamente hacia afuera. No tire del revestimiento hacia arriba por la pierna. Enróllelo o es probable que se formen arrugas en el revestimiento.

Cómo quitar un revestimiento protésico

Quítese el revestimiento de la misma manera que se lo puso. Enróllelo hacia abajo hasta que se salga de la extremidad. Es posible que haya sudor acumulado en el revestimiento, esto es normal.

Instrucciones de limpieza

El revestimiento debe lavarse después de cada uso.

1. Dé la vuelta al revestimiento por completo, de modo que el lado del gel quede hacia fuera.
2. Lave el revestimiento con agua tibia y jabón. Puede utilizar la mano o una toallita. No utilice utensilios abrasivos para frotar.
3. Debes limpiar el forro con alcohol isopropílico una vez a la semana y luego enjuagarlo bien con agua tibia.
4. Dé la vuelta al forro para que se seque por el lado del tejido. Si tiene un tendedero, puede colocar el forro en él. Si no tiene tendedero, simplemente extiéndalo en una superficie plana para que se seque. Asegúrese de que el forro esté completamente seco antes de volver a colocarlo.

CONSEJO ÚTIL - Revise su piel todos los días. Puede usar un espejo para inspeccionar la parte inferior de la pierna. Si hay alguna zona irritada, revise esa zona del revestimiento para ver si está deteriorado. Busque zonas deterioradas, rasgaduras o desgarros en el material de gel. Si encuentra alguna zona deteriorada o irritada en la pierna, póngase en contacto con nosotros y háganoslo saber. Iniciaremos el proceso para proporcionarle un nuevo revestimiento.